

No. 350 手動防水度試験機



用途

この装置は、ゴム引布・プラスチック引布や、防水加工したテント布地や皮革等の、防水度を試験します。圧力指示計を見ながら、試料面の片側に規定の水圧をかけて、反対側に漏水や、その他異常の有無を検査します。

仕様

- 1) 試験径 : 100mm ϕ
- 2) 圧力 : 最大0.6MPa
- 3) 参考規格 : JISK6404-3, JISL1092
- 4) 機体寸法 : 約W300×D400×H550mm
- 5) 質量 : 約50kg

 株式会社 東洋精機 製作所

本社・東京支店 〒114-8557 東京都北区滝野川5-15-4 TEL03-3916-8181 FAX03-3916-8173
大阪支店 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 (豊田ビル) TEL06-6386-2851 FAX06-6330-7438
名古屋支店 〒461-0003 名古屋市東区筒井3-30-12 (森ビル別館) TEL052-933-0491 FAX052-933-0591

<https://www.toyoseiki.co.jp/>

2021.10